Powiat Niżański
Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, tel. (15) 841-20-57, fax. (15) 841-27-00
http://www.powiat-nisko.pl , e-mail: poczta@powiat-nisko.pl

Nisko, dnia 26 listopada 2019 r.

GM.272.58.2019.I

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości".**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zamówienie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) poniżej informuję o pytaniu jakie wpłynęło do Zamawiającego oraz o udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, równoważnej technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń charakteryzujących się parametrami określonymi poniżej:

- Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy.
- System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny.
- Waga materaca 7 kg
- Czujnik napełnienia materaca – gdy ciśnienie osiągnie max, sprężarka przestanie pracować, a gdy ciśnienie jest niższe od min, sprężarka zacznie działać
- Czas cyklu pracy zmiennociśnieniowej materaca 10 minut
- Materac zbudowany z co najmniej 24 poprzecznych komór zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne.
- Materac o wymiarach 196 x 86 x 12,7cm
- Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu.

- Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze. Możliwość mycia i dezynfekcji.
- Dwukierunkowy suwak do szybkiego zdejmowania pokrowca z materaca
- Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi:

  - pracę materaca - tryb pracy materaca

  - brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją
- Materac kładziony bezpośrednio na materac szpitalny
- Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR.
- Zakres manualnej regulacji ciśnienia wewnątrz materaca od 30 do 60 mmHg
- Limit wagi pacjenta do 200kg
- Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz.
- Możliwość transportu pacjenta na materacu napompowanym pozbawionym zasilania
- Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych bez automatycznego powrotu do trybu zmiennociśnieniowego
- Zasilanie 230V 50Hz
- Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym oraz z możliwością zablokowania przed rozłączeniem
- Wyposażenie dodatkowe do zestawu materaców: 1 pompa służąca do napełniania materaca
- Waga pompy 2,4 kg
- Wymiary pompy: 24 x 26 x 12 cm
- Pobór mocy: max 8W
- Głośność pracy pompy – max. 30 dB

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy załącznika nr 1a, Zadanie nr 1, pkt. 127 oraz wzoru umowy § 4 pkt.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na reakcję serwisu nie dłuższą niż 72 godziny w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na reakcję serwisu nie dłuższą niż 72 godziny w dni robocze.

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznika nr 1a, Zadanie nr 1, pkt. 127 oraz wzoru umowy § 4 pkt.4

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za pośrednictwem serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za reakcję serwisu zdalną diagnostykę /naprawę wykonaną za pośrednictwem serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną.

Pytanie nr 4:

Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 1

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z czym prosimy zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dniowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zapisu umownego.

Pytanie nr 5:

Dotyczy załącznika nr 1a, Zadanie nr 1

Pkt. 32, 33 Prosimy o potwierdzenie, że doszło do popełnienia omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PC oraz tryb wentylacji objętościowo zmienny VC

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską w pkt. 32, 33, miał na myśli tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PC oraz tryb wentylacji objętościowo zmienny VC.

Pytanie nr 6:

Pkt. 105 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, wskaźnik jakości sygnału zamiast wskaźnika perfuzji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne, wskaźnik jakości sygnału zamiast wskaźnika perfuzji.

Pytanie nr 7:

Pkt. 76, 77 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści realizację funkcji opisanych w punktach 76 oraz 77 z poziomu kardiomonitora

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację funkcji opisanych w pkt 76 oraz 77 z poziomu kardiomonitora.

Ze względu na wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) **przedłuża termin składania ofert do dnia 29.11.2019 r. do godz. 11:00.**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1) Dział XI pkt 1 ppkt 7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszalnym opakowaniu opisanym w następujący sposób**: „Oferta na „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości" NIE OTWIERAĆ przed: 29.11.2019 r. godz. 11:00".**
2) Dział XII pkt 1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy złożyć w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Pl. Wolności 2, 37 – 400 Nisko Biuro Obsługi Interesanta (pok. nr 1 – parter) do dnia **29.11.2019 r. do godz. 10:45.**
3) Dział XII pkt 3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **29.11.2019 r. o godz. 11:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20 – Sala Narad.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.