Powiat Niżański
Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, tel. (15) 841-20-57, fax. (15) 841-27-00
http://www.powiat-nisko.pl , e-mail: poczta@powiat-nisko.pl

Nisko, dnia 26 listopada 2019 r.

GM.272.58.2019.I

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości".**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zamówienie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęło do Zamawiającego oraz o udzielonych na nie odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2185 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wózek o długości całkowitej 2185 mm.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 460-800 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 460-800 mm.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany treści SIWZ, nie skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

STAROSTA
Robert Bednarz